



Portia[®]

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Vaginal Ringpessar



Medisinsk enhet for å behandle symptomatisk urinrørsprolaps hos kvinner.

Fleksibel PolyVinyl-klorid (PVC), 50 mm–100 mm diameter – 7,5 mm tykkelse.

Lateksfri, inneholder ikke metall. Ingen spesielle krav til lagring. Avhendes som foreskrevet av lokale reguleringer.

Pessarstørrelse, tilpasning og erstatning gjøres under medisinsk veiledning. Erstatt pessaren med et nytt et etter maksimalt 6 måneders bruk.

For størrelse – mål avstanden mellom livmorhalsen eller vaginalhvelvet og symphysis pubis for å finne riktig størrelse på ringpessaren. En rengjøringsveiledning for Portia er tilgjengelig fra Bray Group.

Før montering – undersøk og evaluer pasientens prolaps og vaginale vegger.

For å tilpasse – skyv pessaren inn i skjeden; den skal sitte mellom posterior fornix og symphysis pubis og ikke være løs.

Kontraindikasjoner kan inkludere ubehag, blødning, sårdannelse, betennelse i bekkenet, infeksjon som vaginitt, manglende overholdelse av pasienten og forsinket oppfølging.

Advarsel – Hvis symptomer begynner å dukke opp som overdreven vaginal blødning, utflod, smerte, irritasjon eller andre bivirkninger som kan forårsake bekymring, må du kontakte personen som opprinnelig monterte pessaren, alternativt en lege eller produsenten. En pessar kan gjøre stressinkontinens verre eller avmaske stressinkontinens.

Komplikasjoner kan dukke opp når erstatting av pessaren blir utsatt eller hvor selvtutførelse skjer uten tilsyn fra helsepersonell.



Elektroniske instruksjoner, videoer og oversettelser finner du på:
www.portiapessaries.com



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736