

**Portia**<sup>®</sup>  
PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

## Krażek Podtrzymujący Macicę

Wyrób medyczny do leczenia objawowego wypadania macicy u kobiet.

Sztywny polietylen, średnica 50 mm–100 mm, grubość 7,5 mm.

Nie zawiera lateksu ani metalu. Brak specjalnych warunków przechowywania. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Określenie rozmiaru, dopasowanie/zakładanie i wymiana krążka odbywa się pod nadzorem lekarza. Wymienić krążek na nowy po maksymalnie 6 miesiącach użytkowania.

Określenie rozmiaru — zmierzyć odległość między szyjką macicy lub sklepieniem pochwy a spojeniem łonowym, aby ustalić właściwy rozmiar krążka podtrzymującego macicę. Katalog rozmiarów Portia jest dostępny w firmie Bray Group.

Przed dopasowaniem — zbadać ściany pochwy pacjentki i ocenić możliwości wypadania krążka.

Zakładanie — Wsunąć krążek do pochwy; krążek powinien znajdować się między tylnym sklepieniem a spojeniem łonowym i nie może być osadzony luźno.

**Przeciwwskazania** mogą obejmować dyskomfort, krwawienie, owrzodzenie, zapalenie miednicy, infekcje, takie jak zapalenie pochwy w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń.

**Ostrzeżenia** — W przypadku wystąpienia objawów, takich jak nadmierne krwawienie z pochwy, upławy, ból, podrażnienie lub jakiegokolwiek innych skutków ubocznych budzących zaniepokojenie, należy skontaktować się z osobą, która pierwotnie założyła krążek, innym lekarzem lub producentem. Krążek może pogorszyć lub ujawnić wysiłkowe nietrzymanie moczu.

**Komplikacje** mogą wystąpić w przypadku opóźnionej wymiany krążka lub samodzielnej obsługi krążka bez nadzoru lekarza.



Elektroniczne instrukcje, filmy instruktażowe i tłumaczenia są dostępne na stronie: [www.portiapessaries.com](http://www.portiapessaries.com)



Mdi Europa GmbH  
Langenhagener Str. 71,  
D-30855  
Langenhagen



Bray Group Ltd  
1-5 Regal Way  
Faringdon SN7 7BX  
United Kingdom  
+44 (0) 1367 240736

