



Portia[®] Emättimeen Asetettava Rengaspessaari

PHARMACY PRODUCTS SINCE 1857

Lääkinnällinen laite naisten oireisen kohdunlaskeuman hoitoon.

Jäykkä polyeteeni, 50mm-100mm halkaisija, 7,5mm ohut.

Lateksivapaa, ei sisällä metallia. Ei erityisiä säilytysehtoja. Hävitä paikallisten ohjeiden mukaan.

Pessaarien mitoitus, sovitus ja vaihto suoritetaan lääkärin ohjauksessa. Vaihda pesaari uuteen suositellun 6 kuukauden käytön jälkeen.

Koon määrittäminen - Mittaa kohdunkaulan tai emättimen holvin ja häpyluun välinen etäisyys rengaspessaarin oikean koon määrittämiseksi. Puhtaaksi pyyhittävä Portia-mitoitusopas on saatavana Bray Groupilta.

Ennen asennusta - Tutki ja arvioi potilaan prolapsi ja emättimen seinämät.

Sovittaminen - Liu'uta pesaari emättimeen; sen on istuttava takimmaisen kaaren ja häpyluun väliin eikä se saa olla löysä.

Vasta-aiheita voivat olla epämukavuus, verenvuoto, haavauma, lantion tulehdus, infektio, kuten emätintulehdus, potilaan haluttomuus ja viivästynyt seuranta.

Varoitukset - Jos ilmenee oireita, kuten liiallista emätinverenvuotoa, vuotoa, kipua, ärsytystä tai muita haittavaikutuksia, jotka voivat aiheuttaa huolta, ota yhteyttä henkilöön, joka alun perin asensi pesaarin tai lääkäriin tai valmistajaan. Pessaari voi pahentaa stressi-inkontinenssia tai paljastaa stressi-inkontinenssin.

Komplikaatioita voi syntyä, jos pesaarin vaihtaminen viivästyy tai jos hoito tapahtuu itse ilman terveydenhuollon ammattilaisen valvontaa.



Sähköiset ohjeet, videot ja käännökset löytyvät osoitteesta www.portiapessaries.com.



Mdi Europa GmbH
Langenhagener Str. 71,
D-30855
Langenhagen



Bray Group Ltd
1-5 Regal Way
Faringdon SN7 7BX
United Kingdom
+44 (0) 1367 240736

